

12 下肢假肢结构强度试验机



- 1、显示器：触摸屏；
- 2、控制器：可编程序 PLC；
- 3、加载力：0-1000N，可设定；
- 4、变形量： $\geq 50\text{mm}$ ；
- 5、测量次数：0~100 次,可设定；
- 6、深度测量范围：0~300mm,可调；
- 7、符合 GB/T 41178、GB/T 18375.5、GB 14723 等标准。

配置：

主机 1 台，倾角夹具 2 套，加载垫 1 套。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。